

在线式一氧化氮废气 排放监测系统

HGV-3011 系列



深圳市鑫海瑞科技开发有限公司

目录:

一、系统适用范围.....	3
二、一氧化氮的定义.....	3
三、系统的组成.....	3
四、系统机柜组成示意图.....	4
五、一氧化氮检测仪参数.....	4
六、设计标准.....	5
七、行业引用文件.....	5
八、系统外观.....	6

一、系统适用范围：

本系统适用于锅炉尾气、管道脱硫脱硝废气、厂区环境有组织或无组织等一氧化氮气体浓度的时时在线监测，采用进口高端抗干扰型传感器。检测数据可时时上传厂界控制设备、环保局网络平台，以便环保局实时在线监测企业一氧化氮气体排放情况。

二、一氧化氮的定义：


氮氧化合物，化学式NO， 相对分子质量30.01，氮的化合价为+2。无色无味气体，难溶于水的有毒气体。由于一氧化氮带有自由基，这使它的化学性质非常活泼。当它与氧气反应后，可形成具有腐蚀性的气体--二氧化氮(NO₂)，二氧化氮可与水反应生成硝酸。

三、系统的组成：

系统由电化学原理的一氧化氮测仪，气体采样、气液、粉尘分离，气体预处理系统，联动控制、数据采集、上传环保局平台。

- 3.1 一氧化氮检测仪：电化学传感器，浓度检测主处理，数据输出及控制
- 3.2 气体采样：气管，油水分离器（气液、粉尘分离器），
- 3.3 预处理系统：气体干燥，水份排出，
- 3.4 联动控制：可实现超标报警控制风机，排气扇启动及关闭
- 3.5 数据采集：数据可上传电脑，时时保存现场浓度数据，存储间隔时间可调整
- 3.6 GPRS上传：现场一氧化氮浓度通过模块与环保局平台连接（**选配**）。

四、系统机柜组成示意图：



五、一氧化氮检测仪参数：

检测气体	一氧化氮 (NO)		
检测原理	电化学检测原理		
测量范围	0-100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm		
分辨率	0.01ppm(0-1000)、1ppm(0-5000)	气体单位	ppm、mg/m3
信号输出	4-20mA、RS-485、开关量	接线方式	4-20mA (三线制、二线制) RS-485 (四线制)
精度	≤±3% (F.S)	重复性	≤±1%
检测方式	扩散式、泵吸式 (可选)	报警方式	声、光报警 (选配)
安装方式	壁挂式、管道流通式	零点漂移	≤±1% (F.S/年)
线性误差	≤±1%	恢复时间	≤30 秒
响应时间	≤20 秒	防护等级	IP65
防爆类型	防爆型 Exd II CT6	相对湿度	10%~95%RH (非凝露)
防爆编号	CNEx16.2947X	供电电压	DC 24V
工作温度	-20℃~+70℃	传感器寿命	两年以上
传输距离	≤2000 米	线缆选用	Rvv 0.75 屏蔽电缆
压力限制	86-106 KPa	最大功耗	2.5W
尺寸	230*180*90 (mm)	重量	1.2kg

六、设计标准：

- ◆ GB3836.1-2010 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》
- ◆ GB3836.4-2010 《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：本安型“i”》

七、行业引用文件：

GB 16171-1996 《炼焦炉大气污染物排放标准》

GB 18483-2001 《饮食业油烟排放标准》

GB 20950-2007 《储油库大气污染物排放标准》

GB20951-2007 《汽油运输大气污染物排放标准》

GB 21902-2008 《合成革与人造革工业污染物排放标准》

GB 27632-2011 《橡胶制品工业污染物排放标准》

GB 14554-1993 《恶臭污染物排放标准》

HJ/T 212 《污染源在线自动监控（监测）系统传输标准》

DB 44/814 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》

DB 44/815 《印刷行业挥发性有机物排放标准》

DB 44/816 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》

DB 44/817 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》

DB 44/1837 《集装箱制造业挥发性有机物排放标准》

八、系统外观：

